

Mikołów, dn. 13 lutego 2019r

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: przetarg nieograniczony ZP/3/2019 „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Mikołowie w aparaturę medyczną w celu osiągnięcia kompleksowej opieki nad kobietą i noworodkiem”

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Pakiet nr 2 – Videolaryngoskop - 1 sztuka**

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu videolaryngoskop o następujących parametrach i wyposażeniu:

Lekki i ergonomiczny videolaryngoskop – oprogramowanie w języku polskim.
Kolorowy ekran LCD 3,5" z możliwością obrotu w dwóch płaszczyznach z obsługą menu za pomocą wbudowanych przycisków. Uruchomienie po naciśnięciu przycisku ON/OFF.
Rozdzielczość ekranu 640x480 pixeli
Odświeżanie obrazu 30 klatek na sekundę
Wbudowana w łyżkę optyka (kamera) wysokiej rozdzielczości odporna na zaparowywanie wraz z zintegrowanym światłem LED. Wodoszczelność IPX8.
Wbudowana kamera o wielkości matrycy 2 MP (CMOS)
Iluminacja światła białego LED 800 lux
Rejestracja filmów (MP4) oraz zdjęć (JPG) na wbudowanej pamięci 4GB wraz z możliwością transferu filmów i zdjęć bezpośrednio poprzez wbudowany port USB
Dostępny pełen zakres rozmiarów łyżek Macintosh :1,2,3,4,5
Łyżka Macintosh – 1 szt.
Wbudowany akumulator 1 szt. – wystarczający na 300 minut pracy ciągłej , ładowanie poprzez wbudowany port USB
Waga : 376 g
Dezynfekcja łyżek – nasączenie w roztworze antybakteryjnym np.: aniosyme DD1, Terralin, Quatohex, Incidin Plus, Pursept-A
Sterylizacja łyżek – niskotemperaturowa za pomocą gazu plazmowego np. nadtlenek wodoru
Rękojeść oraz ekran może być oczyszczona ściereczkami antybakteryjnymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, nie ma możliwości przeprowadzenia sterylizacji łyżek za pomocą gazu plazmowego.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**  
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Władysław Perchaluk