

Mikołów, dn. 22 lutego 2019r

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetarg nieograniczony ZP/3/2019 „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Mikołowie w aparaturę medyczną w celu osiągnięcia kompleksowej opieki nad kobietą i noworodkiem”

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

I

### PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY

#### Dotyczy Załącznik nr 2.13 do SIWZ – Pakiet nr 13 - Aparat EKG

##### **Pytanie 1 – Dotyczy punkt 2 i punkt 3**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w kolorowy ekran dotykowy min. 7” o rozdzielczości min. 800x480 pikseli?

##### **Pytanie 2 – Dotyczy punkt 4**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o masie 6,7 kg?

##### **Pytanie 3 – Dotyczy punkt 20**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG w którym próbkowanie dla detekcji impulsów stymulatora wynosi 16 000 próbek/s/kanal? Jest to wystarczająca wartość dla próbkowania stymulatora.

##### **Pytanie 4 – Dotyczy punkt 26**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w bufor 3 min. zapisu EKG i automatyczny algorytm wykrywania arytmii? Jest to wystarczający czas dla algorytmu do wykrycia ewentualnych arytmii.

##### **Pytanie 5 – Dotyczy punkt 27**

Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji automatycznego wyboru do wydruku najbardziej poprawnego pod względem technicznym fragmentu EKG? Funkcja ta jest różnie implementowana w różnych aparatach EKG i realizowana w sposób manualny – tzn. użytkownik ma możliwość podjęcia świadomej decyzji o najlepszym jakościowo fragmencie EKG przez wydrukowaniem badania. Automatyczna funkcja wydruku najlepszych jakościowo 10 sekund z zarejestrowanego zapisu EKG charakterystyczna jest w zestawieniu z pozostałymi parametrami dla jednego producenta aparatów EKG.

##### **Pytanie 6 – Dotyczy punkt 28**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z możliwością wydruku badania EKG tylko z parametrami w jakich zostało wykonane?

##### **Pytanie 7 – Dotyczy punkt 31**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w przewodowy moduł akwizycji sygnału EKG? Przy zastosowaniu takiego rozwiązania w znacznym stopniu eliminujemy problemy z zasilaniem oraz wpływem zakłóceń z zewnątrz.

##### **Pytanie 8 – Dotyczy punkt 32**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w kabel bez możliwości wymiany pojedynczych odprowadzeń? Oferowany aparat wyposażony jest w kabel wykonany w technologii zapobiegającej w znaczącym stopniu plątaniu się i przerywaniu kabli.

### **Pytanie 9 – Dotyczy punkt 3**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 800x600 pikseli?

### **Pytanie 10 – Dotyczy punkt 32**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w przewodowy moduł akwizycji sygnału EKG bez przycisków do ręcznego sterowania wydrukami w trybie AUTO i rytm? Oferowany aparat EKG wyposażony jest w czytelne i dedykowane przyciski do obsługi wszystkich trybów pracy w trybie ręcznym i automatycznym.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

### **PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY**

#### **Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 6**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu naprawy 7 dni roboczych

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

#### **Pytanie 2 – dotyczy §5 ust. 8**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 5 ust 8 na: „W przypadku wystąpienia 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu, bądź podzespołu Dostawca zobowiązany będzie w momencie 4 awarii do wymiany tego podzespołu na nowy wolny od wad”

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkowało musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

#### **Pytanie 3 – dotyczy §6 ust. 2a)**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację par. 6 ust 2a) w następujący sposób:

„a) za opóźnienie w dostawie aparatu, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu dostarczonego z opóźnieniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji dostawy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

#### **Pytanie 4 – dotyczy §6 ust. 2b)**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację par. 6 ust 2a) w następujący sposób:

„b) za opóźnienie w przybyciu serwisu na zgłoszenie Zamawiającego, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % sprzętu dostarczonego z opóźnieniem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przybyciu serwisu w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

### Pytanie 5

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian

#### Odpowiedź:

Zakres gwarancji opisany został w § 5 ust. 2 i 3 wzoru umowy

## II

Dotyczy: Defibrylator

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 23 poziomy energii do wyboru?
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego czas ładowania do energii 200J wynosi 6s?
3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego ciężar wynosi 7 kg bez akcesoriów?
4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego wydruk po autoteście nie zawiera numeru seryjnego urządzenia?
5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie wzmocnienia sygnału EKG na 5 poziomach: od 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0 mm/mV?
6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno – stymulacyjne nieradiotransparentne?
7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o natężeniu prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA?
8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym modulem EtCO2?
9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego wewnętrzne rozładowanie wybranej energii możliwe jest każdorazowo po oderwaniu łyżek od poszkodowanego (brak odczytu impedancji)?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania

## III

Dotyczy : Pakiet nr 4 - Morcelator - 1 sztuka

#### Pytanie 1 do poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowego 3 częściowego monopolarnego instrumentu laparoskopowego o średnicy tuby 10mm umożliwiającego monopolarną koagulację tkanki oraz chwytanie i utrzymanie dużych kawałków tkanki w trakcie procedury morcelacji . Instrument składający się z wkładu szczękowego chwytającego, tuby o średnicy 10mm i ergonomicznego uchwytu umożliwiającego podłączenie kabla monopolarnego ze złączem o średnicy 4mm.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Z poważaniem

**PROKURENT**  
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.  
Karol Jeleń