CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE

CZ/DUM/ 287 /2019

Mikołów, 5 kwietnia 2019r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetarg nieograniczony ZP/6/2019 pn. „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego"

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

I

Pakiet nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania a'25 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet nr 1 poz. 5

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania a'80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania a'50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego z dostępem naczyniowym w celu podaży leków lub płynów a także pobierania z niego, bez użycia igieł, objętość wypełnienia 0,09 ml, przestrzeń martwa 0,01 ml, wolny od lateksu i DEHP, przepływ 350ml/min, ilość aktywacji 360, do stosowania z chemioterapeutykami, lipidami i preparatami krwiopochodnymi, pakowany pojedynczo, sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet nr 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego, kompatybilnego z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min., możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5cm, długość całkowita 3cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860

Pakiet nr 2 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet nr 2 poz. 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do jamy otrzewnej wykonanego z termoplastycznego, medycznego PCV, tak jak obecnie stosowane, reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet nr 2 poz. 12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra 80x5x5cm w rozmiarach 18 i 20CH, tak jak obecnie stosowane.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet nr 2 poz. 16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł z regulacją długości w zakresie 25-60mm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet nr 2 poz. 18
Prosimy Zamawiające o dopuszczenie kranika z drenem 10cm bez dodatkowego portu do iniekcji, reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 2 poz. 28
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obecnie stosowanego układu oddechowego dwururowego, karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet nr 10 poz. 2-3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet nr 10 poz. 1-3
1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby dren z maską oraz cewnik do podawania tlenu przez nos posiadał łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?
2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy dren powinien posiadać przekrój gwiazdkowy na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę oraz był wykonany z materiału wolnego od ftalanu DEHP, bisfenolu, BPA z informacją potwierdzoną na etykiecie opakowania jednostkowego?
Odpowiedź:
Ad. 1. Zamawiający oczekuje łącznika uniwersalnego do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego
Ad. 2 . Zamawiającego oczekuje drenu o przekroju gwiazdkowym, wykonanego z materiału wolnego od ftalanu DEHP, bisfenolu, BPA

Pakiet nr 12 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zaoferowany przyrząd ma mieć możliwość rozpuszczania, podawania i podaży grawitacyjnej leków?
Odpowiedź:
Tak, zaoferowany przyrząd ma mieć możliwość rozpuszczania, podawania i podaży grawitacyjnej leków

II
Pakiet 1 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści op. a' 25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet 1 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści op. a' 70szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet 1 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści op. a' 50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet 1 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści strzykawki do gazometrii 2,3ml?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania kodowane kolorystycznie na konektorze i numerycznie na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 2 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o dł. 500mm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 2 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona kodowane kolorystycznie na konektorze i numerycznie na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 2 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana kodowane kolorystycznie na konektorze i numerycznie na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 2 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści dreny Kera 45x18?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dren Kehra 80x5x5cm w rozmiarach 18 i 20CH

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860

Pakiet 2 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści dreny Pezzera sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet 2 poz. 14, 19, 27-28, 30
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji **14, 19, 27-28, 30** z zadania **2** i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami w Rozdziale III Dane wyjściowe pkt. 3 „Z pakietów nie będą wyłączane poszczególne pozycje i nie będą tworzone nowe pakiety"

Pakiet 2 poz. 18
Czy Zamawiający dopuści kraniki bez dodatkowego portu do iniekcji?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 5, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści nożyce jednorazowego użytku?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 5, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet 17, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o poj. 200ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 22 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op. a' 90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet 22 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści opaski w op. a' 20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet 22 poz. 33
Czy Zamawiający dopuści termometry pakowane w plastikową osłonę?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet 22 poz. 34
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji **34** z zadania **22** i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami w Rozdziale III Dane wyjściowe pkt. 3 „Z pakietów nie będą wyłączane poszczególne pozycje i nie będą tworzone nowe pakiety"

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860

III

Dot. Pakietu nr 24, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści papier naprzemiennie pakowany w opakowaniach a'250 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Dot. Pakietu nr 25, poz. 1-4 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych z folią 7 warstwową, wskaźnikiem procesu sterylizacji jednoznacznie wskazującym kolor po procesie sterylizacji opisanym w języku polskim, z nadrukowanym na rękawie w obrębie zgrzewu fabrycznego oznaczeniem normy EN ISO 11607-1,2 oraz EN ISO 868-5 ? Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że norma EN ISO 868-5 jest normą nadrzędną i zawiera w sobie wymagania dla norm szczątkowych EN ISO 868-2, 3, 4, i jeśli wyrób spełnia wymagania EN ISO 868-5 spełnia również pozostałe wymagania norm szczątkowych. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.
Jednocześnie Zamawiający koryguje odpowiedź 2 z dnia 3-04-2019 w zakresie pkt. IV.3. która przyjmuje brzmienie:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pytania do projektu umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź:
Tak, dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia" zostało zastąpione słowem „zwłoki"?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

IV
Dotyczy pakietu nr 9:

1) Czy Zamawiający na potwierdzenie wymogu, aby wszystkie elementy systemu zamkniętego pochodziły od jednego producenta będzie wymagał podania w ofercie oferowanych numerów katalogowych, nazwy producenta lub ulotek informacyjnych potwierdzających oferowane parametry?
Lub
Zamawiający zmieni brzmienie zapisu „Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia próbek celem sprawdzenia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku 1." na „Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia próbek celem sprawdzenia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku 1 oraz w rozdziale III SIWZ pkt. 2."

Odpowiedź:
W SIWZ jest zapis: „W trakcie oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek zaproponowanych wyrobów w celu sprawdzenia spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 1 oraz w Rozdziale III pkt. 2 niniejszej SIWZ".

2) Czy Zamawiający wymaga, aby probówki były pakowane w taki sposób, by data ważności na opakowaniu zbiorczym była tożsama z datą ważności na pojedynczych probówkach, a otwarcie opakowania zbiorczego gwarantowało niezmienność daty przydatności pojedynczej probówki (nie skracało terminu ważności probówek po otwarciu opakowania zbiorczego)?

Odpowiedź:

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860

Zamawiający wymaga, aby probówki były pakowane w wyżej opisany sposób

3) Czy Zamawiający, tak jak w roku ubiegłym, dopuści aparatu do OB, który zgodnie z instrukcją producenta nie wymaga przeglądów?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

4) Czy Zamawiający dopuści w przypadku zaoferowania w poz. 6 igieł z zabezpieczeniem doliczenie ilości uchwytów z poz. 6 do poz. 7?

Odpowiedź:
Zamawiający w poz. 6 wymaga wyceny kompletu, na który składa się igła i uchwyt

5) Zwracamy się z prośbą o podanie adresu poczty elektronicznej oraz numeru faksu, na które można dostarczyć kopię faktury.

Odpowiedź:
Informacja zostanie udostępniona po podpisaniu umowy

V

Pytanie nr 1 Pakiet 22 pozycja 21 - Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady 1-1,5 l.? pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 Pakiet 22 pozycja 30 - Czy zamawiający dopuści rozmiar 25,4 x 76,2 ? pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

VI

Dotyczy: Pakiet 18 Jednorazowe elektrody neutralne, uchwyt elektrod monopolarnych, elektroda pętlowa
Pytanie nr 1 do pozycji nr 1
Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrodę neutralną o dwóch równych powierzchniach czynnych 85cm2 ?, pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ. Elektrody produkcji ERBE kompatybilne z systemem NESSY w aparatach ERBE
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pytanie nr 2 do pozycji nr 1
Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrody neutralne pakowane po 50 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

VII

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe" na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych"?
2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 2:
Zamawiający może obciążyć Dostawcę następującymi karami umownymi:
a) w wysokości **0,5%** wartości umownej brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie**
b) w wysokości **0,5%** wartości umownej brutto towarów, na które została złożona reklamacja,
za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów, na które została złożona reklamacja**

c) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej **niezrealizowanej części** umowy w przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Dostawca

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

VIII

Pakiet 21, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe, AQL < 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein <20ug/g rękawicy, mikroteksturowana antypoślizgowa powierzchnia zewnętrzna, grubość na palcu 0,13 ±0,01 mm, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Wyniki badań na przenikalność min. 4 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie zgodnie z EN 374-3, potwierdzone certyfikatem CE, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu) i EN 374-5. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rękawice

Pakiet 21, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1.0, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych – fabryczna informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 3 alkoholi – etanolu, izopropanolu i metanolu na min.1 poziomie. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978 - fabryczna informacja na opakowaniu. Rękawice zgodne z normami: PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F 1671, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),-2,-3, ASTM D 6978- fabryczna informacja na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rękawice

Pakiet 21, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe niesterylne o dobrej wrażliwości dotykowej, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III, AQL <1,5, grubość na palcu min. 0,09 mm. Zgodność z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388 oraz EN 374-3 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością umieszczone fabrycznie na opakowaniu. Rękawice posiadające badania na min. 10 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, minimum 8 różnych substancji chemicznych (poza cytostatykami) zgodnie z normą EN 374-3 lub EN 16523-1; na opakowaniu fabrycznie naniesiona informacja dotycząca barierowości chemicznej rękawic - minimum 5 substancji chemicznych wraz z określonymi poziomami ochrony, w tym izopropanol; Przebadane na min. 15 cytostatyków, w tym co najmniej Winblastyna i Doxorubicyna (raport załączony do oferty). Oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa producenta/wytwórcy, nazwa rękawic, rodzaj, EAN 13, rozmiar, data produkcji, geograficzne miejsce pochodzenia, ilość sztuk, numer serii, data przydatności do użytku. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po maks. 100 sztuk lub maks. 200 sztuk. Oznakowanie kolorystyczne w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych rękawic

IX

Dotyczy Pakietu nr 25 - Rękaw papierowo-foliowy:

1. Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje towarów oznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860

2. Czy Zamawiający wymaga, aby temperatura zgrzewania rękawów miał szeroki zakres i wynosiła 150-220° C?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z folią 6-warstwową łącznie z warstwą kleju?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje folii 6-warstwowej

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii, poza przestrzenią pakowania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

5. Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

X
dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-8
Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek sterylnych?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga strzykawek sterylnych

dotyczy pakietu nr 1, poz. 2,4,5,6
Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową o minimum 20%?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

dotyczy pakietu nr 1, poz. 2,4,5,6,7
Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

dotyczy pakietu nr 1, poz. 2,4,5,6
Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalanów, z informacja o ich braku na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź:
Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalanów

dotyczy pakietu nr 1, poz. 2,4,5,6
Czy Zmawiający wymaga zaoferowania strzykawek posiadających kolorowy kontrastujący tłok (nie mleczny)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

dotyczy pakietu nr 1, poz. 2,4,5,6
Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z logo producenta na cylindrze?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

dotyczy pakietu nr 1, poz. 2,4,5,6

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z tłokiem prostym na całej długości cylindra, z przewężeniem zapewniającym pewny uchwyt wyłącznie na końcu tłoka? Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie tłoka sięga nawet połowy jego wysokości co negatywnie wpływa na stabilność strzykawki podczas pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z tłokiem, który nie wpływa negatywnie na stabilność strzykawki podczas pracy.

dotyczy pakietu nr 2
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 9,19,20,28,30 ? Pozwoli to uzyskać Zamawiającemu konkurencyjne ceny na wyżej wymienione pozycje.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami w Rozdziale III Dane wyjściowe pkt. 3 „Z pakietów nie będą wyłączane poszczególne pozycje i nie będą tworzone nowe pakiety"

dotyczy pakietu nr 2, poz. 12
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu o długości 38x16cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dren Kehra 80x5x5cm w rozmiarach 18 i 20CH

dotyczy pakietu nr 3, poz. 7
Czy Zmawiający tak jak w poz. 8 oczekuje zaoferowania kaniul z minimum 4 paskami RTG?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

dotyczy pakietu nr 3, poz. 11
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu pakowanego fabrycznie razem z workiem do osłony podawanego leku przed światłem?
Tylko takie rozwiązanie gwarantuje pełną osłonę podawanego leku na całej długości linii.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

dotyczy pakietu nr 3, poz. 11-14
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie w celu identyfikacji bez opakowania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

dotyczy pakietu nr 3, poz. 11-14
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z miejscem na podwieszenie drenu na zaciskaczu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

dotyczy pakietu nr 3, poz. 11-14
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów z dodatkowym miejscem na zaciskaczu na zabezpieczenie kolca komory kroplowej po użyciu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

dotyczy pakietu nr 3, poz. 11-14
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów w opakowaniu folia-papier?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860

dotyczy pakietu nr 3, poz. 13-14

Czy Zmawiający wymaga zaoferowania przyrządu z igła biorczą ściętą dwupłaszczyznowo, co pozwala na pewne wkłucie do każdego rodzaju pojemnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

dotyczy pakietu nr 3, poz. 11-14

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów wyposażonych w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

dotyczy pakietu nr 3, poz. 11-14

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta lub karty katalogowej z informacją z jakiego materiału wykonana jest komora kroplowa? Producenci przyrządów pochodzących z Chin często twierdzą że ich przyrządy posiadają komorę kroplową wolną od PVC ale jednocześnie nie są w stanie stwierdzić z jakiego materiału jest wykonana co rodzi uzasadnione wątpliwości.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ: W trakcie oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek zaproponowanych wyrobów w celu sprawdzenia spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 1 oraz w Rozdziale III pkt. 2 niniejszej SIWZ. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień.

dotyczy pakietu nr 3, poz. 11-14

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z dużą i wygodną w użytkowaniu komorą kroplowa o długości minimum 65mm w części przezroczystej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

dotyczy pakietu nr 3, poz. 11-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów z drenem z PVC bez ftalanów, tak jak obecnie dostarczane? Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert , zapisy w Rozdziale XXIII przyjmują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Sekretariacie Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. , nie później niż do **dnia 10-04-2019 r. do godziny 10:00.**

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w **dniu 10-04-2019 r. o godzinie 10:30** w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o

Władysław Perchaluk

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 2
tel. 32 32 57 500
fax 32 22 60 860

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Okrzei 31
tel. 32 22 62 367
fax 32 22 60 860