

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: przetarg publiczny ZP/4/2020 na zadanie: „Dostawa aparatu do intensywnego nadzoru medycznego”

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Dot. zał. nr 1 - Minimalne wymagane parametry techniczne

Ad pkt 34

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją ciśnienia wdechowego w zakresie do 80 hPa (cmH2O)? Taki zakres jest całkowicie wystarczający do prowadzenia wentylacji pacjentów z różnych grup wiekowych

Odpowiedź:

Jh/h Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

Z poważaniem

Jh/h
PREZES ZARZĄDU
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
Cezary Tomiczek