

CZ/DUM/42/2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym ZP/1/2022 na zadanie: „Dostawa jednorazowych artykułów higienicznych”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

I
Dotyczące przedmiotu zamówienia:

PAKIET NR 1:

poz. 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie sterylnej serwety w rozmiarze 80x60cm wykonane z włókniny kompresowej 40g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SWZ

poz. 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zestawu sterylnego do cesarskiego cięcia z serwetą główną wykonaną z laminatu z nieprzemakalną warstwą o gramaturze 56 /m2 z otworem 32x35 cm (długość 35 cm, szerokość 32 cm) wypełniony folią chirurgiczną otoczony workiem na płyny 360 stopni z podłączeniem drenu, Fartuchy chirurgiczne wzmocnione w rozmiarach L - 1 szt., XL - 1 szt., XXL - 1 szt., 5 x serweta operacyjna z gazy 17N4W 45x45cm z nitką RTG i tasiemką? Pozostałe wymagania spełnia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

poz. 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zestawu dodatkowo z taśmą w rozm. 9x50cm 1 szt. oraz serwetką celulozową w rozm. 40x50 szt.2 ? Pozostałe wymagania spełnia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

poz. 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie zestawu uniwersalnego sterylnego wyposażonego w ręczniki chłonne o rozmiarze 40x20 cm o gr. 40g/m2? Pozostałe wymagania spełnia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

poz. 12:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie serwety o rozmiarze 90x130cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet 2 :

poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw dla noworodka o składzie:

1) serweta chłonna dla noworodka min. 60x80cm, wykonana z delikatnej włókniny typu Spunlance o gramaturze min. 40g/m2 w kolorze białym - 2 szt.

2) kocyk flanelowy w rozmiarze min. 160x75cm wykonany z tkaniny flanelowej (100% bawełna) o gramaturze min. 160g/m2, flanela w dziecięce wzory - 1 szt.

**Centrum Zdrowia
w Mikołowie Sp. z o.o.**

Prezes Zarządu
dr Cezary Tomiczek
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów

Kancelaria Zarządu

tel. 32 32 57 635, fax 32 22 60 860
www.szpital-mikolow.com.pl

NIP 635-180-25-38
REGON 241294970
KRS 0000335411

kapitał zakładowy: 9 495 100, 00 zł



Handwritten signature or initials.

3) czapeczka dla noworodka, kolor biały, obwód 20 cm, wykonana ze ściągacza bawełnianego (100% bawełna) o gramaturze 170g/m² - 1 szt.

4) podkład chłonny min. 60x60cm, rozmiar wkładu chłonnego 58x52cm, podkład wykonany z 5-warstwowego materiału - 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

poz.2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę porodową o wymiarach 115x155cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m² chłonnego na całej powierzchni serwety. Serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów z kształtką do formowania brzegu torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwi podłączanie drenów o różnej średnicy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

poz. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylnego zestawu o minimalnym składzie:

1) serweta bez przylepca o wymiarach 90x130cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 43g/m² - 1 szt.

2) ręcznik chłonny o wymiarach 20x40cm wykonany z włókniny o gramaturze 30g/m² - 6 szt.

3) serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 60x80cm wykonana z włókniny typu Spunlace o gramaturze 40g/m² - 1 szt.

4) podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60x90cm - 1 szt.

5) fartuch foliowy przedni o wymiarach 87x150cm - 1 szt.

6) zaciskacz do pępowiny - 1 szt.

7) serweta stanowiąca owinięcie zestawu 90x130 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

Pakiet nr 3:

Poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 3 pozycji 5 i utworzenie dla tej pozycji niezależnego zadania. Wyłączenie pozycji do niezależnego zadania umożliwi wykonawcom na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe - zgodnie z zapisami w Rozdziale III pkt. 4 SWZ - Z pakietów nie będą wyłączone poszczególne pozycje i nie będą tworzone nowe pakiety

Pytania do projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgodzi się obniżenie kary umownej do 0,5% „...wartości umownej brutto towarów niedostarczonych w terminie...”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

II

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

1. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na przewody w rozmiarze min. 13x250cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

2. Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 250 x 315 cm, z torbą na płyny 360 stopni oraz przylepnym otworem 29 x19 cm (folia operacyjna na brzegach). Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

3. Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta główna wykonana jest z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m² oraz w strefie krytycznej posiada dodatkowy pad chłonny o łącznej gramaturze 110g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

4. Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serwety wykonane są z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

III

Dotyczy Pakiet nr 3, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 70 cm x 180 cm z warstwą chłonną 60 cm x 80 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Z poważaniem

PREZES Zarządu
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
dr Cezary Tomiczek