

Mikołów, 14.07.2025 r.

RKW.2025.00515

**Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy: Konkurs nr K/3/2025**

**Pytanie 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia terminu składania ofert na dzień **18.07.2025 r.** Dodatkowy czas pozwoli nam na dokładniejsze zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i przygotowanie oferty z należytą starannością, co może przyczynić się do przedstawienia propozycji korzystniejszej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert

**Pytanie 2**

-Badanie kału w kierunku Salmonella-Shigella- proponujemy posiew; prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający zamawia posiew w kierunku Salmonella Shigella, czy badanie na nosicielstwo do Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej

Odpowiedź:

Zamawiający zamawia posiew w kierunku Salmonella – Shigella

- Badanie w kierunku Chlamydia trachomatis - Proponujemy badanie: Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis metodą Real Time-PCR (S79)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

-Badanie w kierunku Neisseria gonorrhoeae - Proponujemy badanie posiewu mikrobiologicznego. Standardowo dla tej pozycji nie oznacza się oporności na antybiotyki. Czy klient poniesie dodatkowe koszty wykonania badania ETEST określające MIC antybiotyków?

Odpowiedź:

TAK

- Posiew krwi pediatryczny tlenowo - standardowo posiewy krwi wykonujemy w warunkach tlenowych i beztlenowych, czy zamawiający wyraża zgodę?



Odpowiedź:

Tylko posiew tlenowy

- Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygeny Chlamydia trachomatis met. Immunofluorescencji lub antygeny - proponujemy wykrywanie DNA metodą PCR, czy zamawiający wyraża zgodę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

- Wymaz z pochwy bakt+mykol - Standardowo dla pozycji w kierunku drożdżopodobnych nie oznacza się lekowrażliwości. Czy klient poniesie dodatkowe koszty wykonania badania określającego lekowrażliwość na życzenie lekarza?

Odpowiedź:

Tak, jeżeli lekarz zażyczy sobie określenia lekowrażliwości

- Wymaz z ucha- proponujemy posiew z ucha zewnętrznego; prosimy o doprecyzowanie czy klient zamawia posiew z ucha zewnętrznego czy z ucha środkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający zamawia posiew z ucha zewnętrznego

Prezes Zarządu

Katarzyna Muszak

