

Mikołów, 31 lipca 2025r

RKW.2025.00541

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowanie na zadanie: „**Dostawa odczynników, testów i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa czytnika pasków do moczu**”

I

1) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: czytnik pasków do moczu – Załącznik nr 3 – poz. 5 –

Czy Zamawiający dopuści czułość pasków od 12 mg/dl dla białka i od 80 mg/dl dla glukozy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 3 do warunków zamówienia.

2) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: czytnik pasków do moczu - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czytnika z jednokierunkową transmisją danych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie identyfikowania próbek przez odczyt kodów kreskowych przez czytnik i wysyłanie wyników do systemu informatycznego.

II

1) Pakiet nr 1, poz. 1, 3 i 4 – Czy Zamawiający dopuści opakowania po 100 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 3 do warunków zamówienia, ze względu na ilość wykonywanych badań oraz trwałość odczynników po otwarciu

Z poważaniem

Specjalista
ds. zamówień publicznych

Prezes Zarządu


Beata Miler

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38
Nr KRS 0000335411
BDO: 000151953



ISO 9001

LL-C (Certification)



ISO 27001

LL-C (Certification)

