

PAKIET NR 1

I.p.	Przedmiot	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wart. netto	wart. brutto	ilość ml w op.
1.	Barwnik do retikulocytów op.=50ml	op.	4					
2.	Odczynnik do szybkiego barwienia hematologicznego, preparatów cytologicznych oraz histologicznych 3x500 ml (2 barwniki, utrwalczy)	zestaw	12					
3.	Odczynnik Samsona op.= 50 ml	op.	6					
4.	Płyn do liczenia płytek krwi op.=50 ml	op.	4					
	Asortyment z poz. 1, 3 i 4 - data ważności co najmniej 9 m-cy od daty dostawy				RAZEM			---

PAKIET NR 2

I.p.	Przedmiot	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wart. netto	wart. brutto	ilość szt. w op.
1.	Zestaw do oznaczania krwi utajonej w kale - bez diety, test kasetkowy wymagana czułość testu 10ng/ml. Test swoisty dla hemoglobiny ludzkiej. Nie może dawać reakcji krzyżowych z hemoglobina zwierzęcą, bilirubina, witamina C i peroksydazą chrzanową. Czas odczytu do 10min. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią w opakowaniu w postaci płynnej, tego samego producenta.	szt.	560					

PAKIET NR 3

I.p.	Przedmiot	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wart. netto	wart. brutto	ilość szt. w op.
1.	Syphilis test do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko krętkom w klasie IgG i IgM w surowicy, test kasetkowy względna czułość 99%, względna swoistość 99% (porównanie z dostępnym komercyjnie testem TPPA)	szt	400					

PAKIET NR 4

I.p.	Przedmiot	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wart. netto	wart. brutto	ilość szt. w op.
1.	Test do wykrywania Clostridium difficile GDH A+B w próbkach kału z roztworem ekstrakcyjnym do przygotowania kału - test kasetkowy czułość GDH-99,99%, specyficzność 99,56%, Toksyna A- czułość 99,99%,specyficzność 97,96%; toksyna B- czułość 96,30%, specyficzność 99,99%	szt	700					

2.	Kontrola pozytywna - jedna na opakowanie - należy uzupełnić ilość. Należy przeliczyć podane przez Zamawiającego sztuki testów na oferowane opakowania, a następnie na każde oferowane opakowanie należy przewidzieć jedną kontrolę	szt						----
					RAZEM			----

PAKIET NR 5

I.p.	Przedmiot	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wart. netto	wart. brutto	ilość szt. w op.
1.	Test kasetkowy do oznaczania antygenu Helicobacter pylori w kale względna czułość 99%, względna swoistość 98%	szt	200					
2.	Kontrola pozytywna - jedna na opakowanie - należy uzupełnić ilość. Należy przeliczyć podane przez Zamawiającego sztuki testów na oferowane opakowania, a następnie na każde oferowane opakowanie należy przewidzieć jedną kontrolę	szt						----
					RAZEM			----

PAKIET NR 6

I.p.	Przedmiot	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wart. netto	wart. brutto	ilość szt. w op.
1.	Zestaw Combo do wykrywania antygenu SARS-COV-2 antygenów grypy A i B oraz antygenu syncytialnego wirusa oddechowego RSV w próbkach wymazu jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła metodą immunochromatograficzną. Zestaw z zakręcaną probówką z buforem oraz wymazówką do pobierania wymazu. Względem metody porównawczej PCR czułość : grypy A wynosi 93,02% , swoistość:97,26%; grypy B czułość 93,62%,swoistość 97,84%l Sars-CoV2- czułość 95%, swoistość 99,75%; RSV- czułość 94,12%, swoistość 97,87%	szt	2 400					

PAKIET NR 7

I.p.	Przedmiot	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wart. netto	wart. brutto	ilość szt. w op.
1.	Testy kasetkowe na narkotyki w moczu co najmniej 10 parametrowe: 1. AMFETAMINA cut off 500 ng/ml 2. BARBITURATY cut off 300ng/ml 3. BENZODIAZEPINY cut off 300ng/ml							

4. KOKAINA cut off 300ng/ml 5. METAMFETAMINA cut off 500ng/ml 6. METADON 7. TRÓJCYKLICZNE ANTYDEPRESANTY cut off 1000ng/ml 8. THC cut off 50ng/ml 9. OPIATY cut off 300ng/ml 10. MDMA lub PCP	szt.	30					
---	------	----	--	--	--	--	--

PAKIET NR 8

I.p.	Przedmiot	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wart. netto	wart. brutto	ilość szt. w op.
1.	Probówka z PS poj. 4ml okrągłodenna ø12 x 75 op=500szt.	op.	140					
2.	Końcówki do pipet automatycznych typu MEDLAB, HTL, HUMAN, EPPENDORF							
	200 mikrolitrów op=1000szt.	op.	120					
	1000 mikrolitrów op=500szt.	op.	40					
	1000-5000 mikrolitrów op = 200 szt.	op.	4					
3.	Korki do probówek 11ml op=500szt.	op.	4					
4.	Korki do probówek 4 ml op=500szt.	op.	4					
5.	Pipety typu Pasteura 12cm - 15cm, pojemność użytkowa 1ml bez podziałki lub z podziałką z polietylenu, wielkość kropli 40 mikrolitrów op=500szt.	op.	80					
6.	Probówki do badania osadu moczu o poj.12 ml z wgłębieniem na 0,5 ml osadu moczu, średnica 16mm, z przezroczystego PS op=100szt.	op.	100					
7.	Kamera z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu 10-miejscowe (na 10 badań), op=100 szt	op.	90					
8.	Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe o wym. 18x18 mm op=1000szt.	op.	20					
9.	Szkiełka mikroskopowe podstawowe bez szlifu- cięte o wym. 76 x 26 mm gr. 1,4 - 2,0mm op=50szt.	op.	20					
10.	Kapilary z heparyną litową do pomiaru gazometrii 100 mikrolitrów, op.= 1000szt.	op.	20					
11.	Zamknięcia do kapilar do gazometrii o poj 100 mikrolitrów, 1op.=500szt.	op.	12					
12.	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z PP, bezbarwne, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie op=500 szt.	op.	90					
					RAZEM			---

PAKIET NR 9

I.p.	Przedmiot	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wart. netto	wart. brutto
1.	Pipety automatyczne o zmiennej pojemności						
	5-50	szt.	1				
	20-200	szt.	1				
	100-1000	szt.	1				
	1000-5000	szt.	1				
2.	Komora typu Burkera	szt.	1				
3.	Statyw 20 miejsc na probówki 4 ml 12x75mm	szt.	1				
4.	Komora typu Fuchsa-Rosenthala	szt.	1				
					RAZEM		

PAKIET NR 10

I.p.	Przedmiot	j.m	ilość	cena netto	st. VAT	wart. netto	wart. brutto	ilość szt./ml w op.
1.	Paski do moczu 10-parametrowe op=100 szt.	op.	400					
2.	Kontrola do badań ogólnych moczu w postaci płynnej							
	poziom prawidłowy 1 op = 3 x 5-8 ml	op.	25					
	poziom patologiczny 1 op = 3 x 5-8 ml	op.	25					
3.	Miesięczna rata dzierżawna za czytnik pasków do moczu	m-c	36					---
					RAZEM			---