

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**Przedmiot zamówienia: czytnik pasków do moczu**

Nazwa Wykonawcy:

Producent:.....

Nazwa i typ:.....

I.p.	PARAMETRY MINIMALNE	PARAMETRY OFEROWANE - OPIS
1.	Czytnik fabrycznie nowy lub używany po przeglądzie technicznym, rok produkcji nie starszy niż 2021, wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych	
2.	Wydajność czytnika: min 500 ozn./godz.	
3.	Oprogramowanie czytnika w języku polskim	
4.	Paski 10-cio parametrowe do badania ogólnego moczu tj: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, leukocyty (esteraza leukocytowa), krew (erytrocyty/hemoglobina), bilirubina, urobilinogen, ketony, azotyny	
5.	Czułość pasków 10mg/dl dla białka oraz poniżej 40/dl dla glukozy	
6.	Automatyczna kalibracja, bez użycia pasków do kalibracji, bez konieczności kalibracji po zmianie serii pasków	
7.	Identyfikacja próbki za pomocą czytnika kodów oraz klawiatury numerycznej (ekran dotykowy)	
8.	Czytnik, paski, wewnętrzna kontrola jakości badania moczu pochodzące od jednego producenta	
9.	Automatyczny transport pasków do odczytu	
10.	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach	
11.	Automatyczne usuwanie zużytych pasków	

12.	Do sprawdzania układu optycznego pasek standardowy wielokrotnego użytku na wyposażeniu czytnika	
13.	Wykonawca zapewni laboratorium kontrolę wewnętrzną: materiał kontrolny mianowany o wartościach dedykowanych do oferowanego czytnika (niska oraz wysoka). Kontrola wykonywana przez 365 dni w roku codziennie na dwóch poziomach.	
14.	Termin ważności pasków testowych oraz pozostałych odczynników co najmniej 6 m-cy od czasu dostawy.	
15.	Wykonawca zapewni udział w pełnych cyklach Programu Zewnętrznej Oceny Badań Laboratoryjnych- kontroli dla badania ogólnego moczu przy użyciu testów paskowych (ocena 10 parametrów) oraz analizę mikroskopową osadu moczu (identyfikacja komórek i innych składników) laboratorium w systemie kontroli jakości przynajmniej dwa razy w roku. Kontrola powinna uwzględniać analizę wyników uzyskanych przez użytkowników aparatu i pasków tego samego producenta.	
16.	Dokumenty – Deklaracja Zgodności i/lub Certyfikat Zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną	