

Mikołów, 4 sierpnia 2025r

RKW.2025.00551

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy:

postępowanie na zadanie: "Dostawa odczynników, testów i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa czytnika pasków do moczu"

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści zaoferowanie kontroli dodatnich dołączonych do każdego opakowania poza zestawem?

## Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści zaoferowanie testu w opakowaniu zbiorczym 25 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem wyniku do pełnych opakowań w górę? Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści zaoferowanie testu, który można wykonać bez stosowania restrykcji dietetycznych?

# Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 1 dopuści zaoferowanie testu o następujących 4. parametrach:

Czułość: Toksyna A: 94,3%; Toksyna B: 91,8%; GDH: 95,1% Swoistość: Toksyna A: 97,2%; Toksyna B: 96,6%; GDH: 95,5%

## Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 2 do warunków zamówienia.

5. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 w pozycji 1 dopuści test o czułości 98,8%, zaś reszta parametrów jest zgodna z SWZ?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

## Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.





LL-C (Certification)





off: 6. Czy Zamawiający dopuści test podanych wartościach cut AMP300/BAR300/BZO200/COC100/MET300/MTD300/OPI300/MDMA500/TCA1000/THC25? Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert na dzień 6-08-2025r., rozdział X warunków zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:

#### X Termin składania ofert i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć na adres e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpital-mikolow.com.pl">zamowienia@szpital-mikolow.com.pl</a> nie później niż do dnia 7-08-2025r do godz. 10:00

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Specjalista ds. zamówień publicznych Beata Miler