

Mikołów, 16 stycznia 2026r

RKW.2026.00021

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie publiczne PP/1/2026 na zadanie: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania.

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

Pakiet nr 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 500mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 1 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z numerycznym oznaczeniem rozmiaru wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet nr 1 poz. 6,7 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z oznaczenie rozmiaru i pojemności balonu na łączniku i plastikową zastawką kodowaną kolorystycznie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet nr 1 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści dren Redona bez linii RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 1 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści dren Redona o długości 700mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 1 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o następujących parametrach:

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 57 635
www.szpital-mikolow.com.pl
NIP 635-180-25-38
Nr KRS 0000335411
BDO: 000151953



ISO 9001

LL-C (Certification)

ISO 27001

LL-C (Certification)



CERTYFIKAT 2025/13

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wyposażony w wymiennik ciepła i wilgoci oraz port do kapnografii zabezpieczony zatyczką
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt 500
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Opór: 100Pa (przy 30l/min)
- Przyłącza: 22M/15F- 22F/15M
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Pakowany indywidualnie w opakowanie papier-folia
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 1 poz. 11 - Czy Zamawiający wydzieli lub usunie ww. pozycje do osobnego zadania? Zwiększy to konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu poszczególnych pozycji.

Pakiet nr 1 poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylna z 4 paskami RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet nr 1 poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisaną konfekcję

Pakiet nr 1 poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisaną konfekcję

Pakiet nr 1 poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny bez dodatkowego portu do iniekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 1 poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisaną konfekcję

Pakiet nr 1 poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści licznik ostrzy i igieł z usuwaczem ostrzy o następujących parametrach:

- z samoprzylepną pianką i magnesami, wraz z łatwymi do odczytania numerowanymi podziałkami (20 miejsc)
- z obu stron na zewnętrznej powierzchni umieszczone taśmy samoprzylepne pozwalające na mocowanie liczników do każdego podłoża
- specjalna konstrukcja zawiasów umożliwia rozłączenie dwóch połówek pudełka i stosowanie ich oddzielnie
- mocne i trwałe zamknięcie pudełka w formie zatrzasku zapobiega przed przypadkowym otwarciem
- mocne magnesy pozwalają na bezpieczne przechowywanie igieł i ostrzy wewnątrz pojemnika zapobiegając przypadkowemu wypadnięciu wyrobów
- pianka posiada taśmę samoprzylepną umożliwiającą umieszczenie wyrobu na dowolnej powierzchni w zależności od preferencji użytkownika
- z przyrządem do bezpiecznego, bezdotykowego usuwania ostrzy chirurgicznych
- liczniki należy zutylizować w całości wraz z zawartością
- jałowe



?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet nr 1 poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy o następujących parametrach: łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie 350 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 350 aktywacji. Długość portu bezigłowego 2,4 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.09 ml. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 psi) i ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 psi). Neutralne ciśnienie zwrotne. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 1 poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy BD NeutraClear, o wymiarach 2,7cm, objętości wypełnienia 0,05ml, odporność na ciśnienie max. 325 PSI, czas użycia 7 dni lub 600 aktywacji?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 1 poz. 17-18 – Czy Zamawiający dopuści nebulizator niskoobjętościowy do podawania leków (dla dzieci lub dorosłych) z antyprzelewową konstrukcją Cirrus 2 z maską do nebulizatora Intersurgical EcoLite i drenem 2,1m, MMD=3,1 mikrona przy przepływie gazu nośnikowego 8 l/min. Z standardową zwężką 22F pasujący do masek, łączników T i ustników, Pojemnik nebulizatora wyposażony w szybkołączkę, umożliwiającą podłączenie i odłączenie pojemnika poprzez obrócenie go o ćwierć obrotu. Przyspiesza to uzupełnianie leku i zapewnia pewniejsze uszczelnienie między pojemnikiem a korpusem nebulizatora?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 1 poz. 20 – Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon o pojemności 200ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 1 poz. 20 – Czy Zamawiający dopuści butelkę jak na załączonym zdjęciu o pojemności 150 ml z drenem łączącym zakończonym stożkowym łącznikiem?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 1 poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon o pojemności 400ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie

Pakiet nr 1 poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon o pojemności 200ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 1 poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści butelkę jak na załączonym zdjęciu o pojemności 300ml z drenem łączącym zakończonym stożkowym łącznikiem?




Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 1 poz. 25 – Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne o następujących parametrach:

- Wykonana z medycznego, elastycznego PVC
- Znacznik RTG na całej długości rurki
- Wyposażona w boczny otwór Murphy'ego
- Skalowanie co 1 cm
- Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 półpięści umożliwiający kontrolę położenia rurki
- Wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający
- Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)
- Odłączalny przezroczysty łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm
- Balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowa
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 1 poz. 28 – Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na mocz za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną konfekcję

Pakiet nr 1 poz. 29 – Czy Zamawiający wydzieli lub usunie ww. pozycje do osobnego zadania? Zwiększy to konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu poszczególnych pozycji.

Pakiet nr 1 poz. 32 – Czy Zamawiający zgłębnik o długości 1050mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 2, poz. 4-6– Czy Zamawiający dopuści igłę podpajęczynówkową z mandrynem wykonanym z wysokiej jakości stali nierdzewnej, nasadką igły wykonana z poliwęglanu, uchwytem **mandrynu** wykonany z ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet nr 2, poz.8 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do mieszanego znieczulenia z igłą Tuohy 18G i igłą Pencil Point 27G? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z kablem wewnątrz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 2

Z poważaniem

Prezes Zarządu